

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Medical Power Supply (for building-in)

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesInput: 1.0A Max, 100- 240V~, 47-63Hz,  
Output: 40 W Max  
Cl. ITrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

MULP40-1ZXX-YYY

Model / Type Ref.  
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

Z = 0-9 denoting various type of connector, XX is any numeric from 00-99 representing the output voltage, YYY is any alpha or numeric character or blank

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

320279

Comme indiqué dans le Rapport desais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat desai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, NorwaySignature: Sweet Yuan  
Certification Department

Date: 04-01-2017