

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
ProduitName and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

Comme indiqué dans le Rapport desais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat desai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Medical power supply for ( building-in )

EOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
India Additional information on page 2

AC Input: 2.0 A Max, 100- 240 V~, 47-63 Hz, Cl. II



LFMWLP75-1XXX-YYY-II, LFMWLP65-1XXX-YYY-II or LFMWLP45-1XXX-YYY-II

Output rating see the test report. In model name, "X" (first) = 0 or 3; "XX" (second and third) = 01 to 99; "Y" = 0-9, A-Z, a-z or blank


 Additional information on page 2

IEC 60601-1(ed.3);am1

294297

Gautstadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 28-10-2015

Signature: Juan Z. Kleppenes  
Certification Department